

患者様へ MRI・CT 検査に関する注意事項

<お問合せ窓口>

聖光ヶ丘病院検査課

04-7171-2381



検査を受けるみなさまへ

- ① 下記のは検査室へ持ち込みできません。ご注意ください
イヤリング、ヘアピン、エレキバン、使い捨てカイロ、眼鏡、時計、鍵、入れ歯、携帯電話などの金属類
- ② 腹部を検査なさる方は、お食事は来院時間の6時間前までに軽く済ませてください
- ③ そのほかの注意事項、持ち物は、検査予約票をご確認下さい。

CT 検査を受ける方

次の方は、CT 検査を受けられない可能性があります。必ずスタッフに申し出てください

- ① 妊娠している方、または妊娠している可能性がある方
- ② 取り外しのできない金属がお体に入っている方
- ③ 心臓ペースメーカーを使用されている方（ペースメーカー手帳をご持参ください）
- ④ 心臓ICDを使用されている方（ICD手帳をご持参下さい）

MRI 検査を受ける方

1. 次の方は、MRI 検査を受けられない可能性があります。MRI 対応の金属かどうか、手術をした病院に必ず事前に問い合わせをしていただくようお願いします。

- ① 心臓ペースメーカーを使用されている方
- ② 人工内耳、人工中耳の方
- ③ 血管へのステント挿入手術を8週間以内に受けられた方
- ④ 古い人工心臓弁の手術を受けられている方
- ⑤ 目に微細な金属片が入っている、または入っていると疑わしい方
- ⑥ 脳動脈瘤クリップが入っている方
- ⑦ 金属の義眼底の方
- ⑧ 骨折によりボルト固定がされたままの方
- ⑨ 刺青のある方（深部火傷の恐れのため）
- ⑩ 妊娠している方、または妊娠している可能性がある方
- ⑪ 人工歯根（インプラント）の方（MRI 対応金属である旨の歯科医の証明書が必要）

2. 化粧品・カラーコンタクト・金属について

- ① 化粧品には磁性体が含まれているもの（マスカラ・アイライン・アイシャドウなど）があり、検査画像に影響があるだけでなく、眼の粘膜等を傷つけたりすることがあります。ご注意ください。
- ② 瞳の色を変える目的で使用されるカラーコンタクトレンズは、材質に金属が使われている場合があるため、コンタクトレンズを外していただくことがあります。ご了承下さい。
- ③ 金属（磁石に付くもの）を身に着けていると、画像が乱れて検査に支障をきたすだけでなく、磁力で金属が引っ張られて飛んだり、装置に吸着するので大変危険です。また、金属のワイヤーが入っている下着（ブラジャーやボディースーツ等）は検査中着用できませんのでご了承下さい。